

第27回HLA-QCワークショップ：抗体検査の評価報告

一般社団法人日本組織適合性学会 精度管理委員会

(評価の対象：抗体検出，抗体特異性の結果)

1. 使用検査法

| 施設番号 | Lab.ID | LCT | ICFA | MPHA | LIFECO DES | Flow PRA | LAB Screen | WAK Flow | 仮想 クロス |
|-------|--------|-----|------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 27056 | S27141 | | | | | | ○ | | - |

2. 評価結果

① 抗体検出評価 (評価点：100点)

| 施設番号 | Lab.ID | 抗体検出評価 | | 評価点 | 評 定 | 評価点の算出 評価対象数(b)に対する報告結果から算出した採点(a)の比率 (a/b) |
|-------|--------|------------|--------------|-------|-----|--|
| | | 採 点 (a) | 評価対象数 (b) | | | |
| 27056 | S27141 | 7 | 7 | 100.0 | A | |

○抗体検出評価のコメント

| | |
|------|--|
| コメント | |
|------|--|

② 抗体特異性評価 (評価点：100点)

| 施設番号 | Lab.ID | 抗体特異性評価 | | | | 評価点 | 評 定 | 評価点の算出 評価対象抗原数(b)に対する報告結果から算出した採点(a)の検体毎比率 (a/b) の平均値 |
|-------|--------|---------|-------|----------|-------|------|-----|--|
| | | Class I | | Class II | | | | |
| | | Q27S1 | Q27S2 | Q27S1 | Q27S2 | | | |
| 27056 | S27141 | 38.0 | 40.0 | 21.0 | 22.0 | 97.6 | A | |

最下段：報告結果から算出した採点(a)、サンプルNo.の下段：評価対象抗原数(b)

○抗体特異性評価のコメント

| | |
|------|--|
| コメント | |
|------|--|

| 評価点 | 評定 | 評定内容 |
|--------|----|------|
| 80-100 | A | 良好 |
| 40-80> | B | 要確認 |
| 0-40> | C | 要改善 |

3. 結果提出日、記入方法の不備など (コメントのみ)

| 施設番号 | Lab.ID | コメント |
|-------|--------|------|
| 27056 | S27141 | |